

Óxido de zinco

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: óxido de zinco 100% de pureza farmacopeica.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O produto ZINC OXIDE é recomendado para a preparação de pastas, principalmente em combinação com EUGENOL, como meio de preenchimento temporário de cavidades e canais radiculares. Como preenchimento temporário, o cimento de óxido de zinco e eugenol atuam como agente secante e estimula a produção de dentina secundária.

MODO DE USO

1. Para o preenchimento temporário de cavidades, a mistura deve ser preparada de forma a que a pasta não se cole ao recipiente de vidro ou à espátula.
2. Para preencher os canais radiculares temporariamente, a mistura obtida deve ter uma consistência cremosa. Deixar o preenchimento na cavidade ou canal radicular por um período de 1 semana a 30 dias.

CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

PRECAUÇÕES

O produto pode ser irritante para os olhos. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico.

Se ingerido, beber muita água, não forçar o vômito. Consultar um médico. Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto. Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de proteção.

Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original a temperaturas até 25 °C. Proteger contra a humidade. Manter fora do alcance das crianças.

O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS

As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGEM

Frasco plástico contendo 50 g de produto.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85